

Erratum zum Beitrag**„Prüfanleitung für die Durchführung der ergänzenden Prüfpositionen nach EPQC 4th Edition für digitale Mammografie-Systeme – Leitfaden der deutschen Referenzzentren für Mammografie: Version 1.4 (Fortschr Röntgenstr 2009; 191: 845 – 850)“**

Leider ist bei der Tabelle 8 im oben genannten Artikel ein Fehler aufgetreten. Richtig muss die Tabelle wie folgt lauten (gefettete Zahl wurde geändert):

Tab. 8 Grenzwerte bzw. erreichbare Werte für die Kontrastauflösung nach EPQC 4th Edition (GP = Goldplättchen) [2].

Durchmesser GP [mm]	Grenzwerte: GP-Dicke [μ m]	erreichbare Werte: GP-Dicke [μ m]
0,10	1,68	1,10
0,25	0,352	0,244
0,50	0,15	0,103
1,00	0,091	0,056
2,00	0,069	0,038