Aufrechts Schnellmethode zur Eiweißbestimmung im Harn.¹⁾**Von Hermann Schelenz in Kassel.**

Dazu möchte ich mir zu bemerken gestatten, daß ich eine Verbesserung der Esbachschen Röhre, die bis auf ganz unwesentliche Verschiedenheit in der Einteilung der von Aufrecht konstruierten auf S. 2019 entspricht, schon Mitte der achtziger Jahre in meinem Laboratorium verwendet und in der Chemiker-Zeitung in Cöthen, Jahrgang 1888, No. 2, S. 26 beschrieben und abgebildet habe. Bei W. Walther in Stützerbach habe ich die Röhren, die vielerorts sicher gekauft wurden und noch werden, anfertigen lassen. Ich bemerke weiter, daß ich damals mich zu schnellerem Arbeiten einer Zentrifuge bedient habe, wie sie aufs billigste zu beschaffen ist, einer Blechhülse mit entsprechenden Oesen für ein Band, an dem ich sie mit dem darin stehenden Rohr schnell herumschleuderte — für den vorliegenden Fall, wie ich meiner damaligen Mitteilung entnehme, ohne wesentlichen Erfolg. Das Röhrchen ging seinerzeit unter dem Namen Albuminimeter nach Esbach-Schelenz, den es auch jetzt noch verdienen dürfte. Einen Vorzug zeigte es insofern noch, als ich zur Verdünnung allzu konzentrierten Urins eine zweite kleine Skala anbringen ließ.

1) Diese Wochenschrift 1909, No. 46.