„Wässern“ einer Harnleitschiene

Zur Verbesserung von Gleiteigenschaften und Minimierung von Patientenbeschwerden sollten Harnleitschienen vor der Einlage benetzt werden – z. B. mithilfe der sterilen Innenverpackung.

Experimentelle Untersuchungen zeigen, dass der hydrophile Gleitfilm von Harnleitschienen die Gleiteigenschaften des Implantats dann verbessert, wenn diese bereits vor der Einlage benetzt werden. Hier werden nach einer mehrminütigen Benetzung eine Reibungsminderung bei Einlage sowie weniger Hämaturien und Schmerzen seitens des Patienten postuliert [1].

In der praktischen Umsetzung ist das „Wässern“ von Harnleitschienen z. B. in einem sterilen Topf auf dem Instrumententisch umständlich, häufig wird auch nicht die komplette Harnleitschiene befeuchtet.

Hier hat sich in unserer Hand das Nutzen der sterilen Innenverpackung des DJs bewährt: Sie wird nur ein wenig geöffnet, mit physiologischer Kochsalzlösung gefüllt und mit einer Klemme wieder verschlossen. Der hydrophile Film des DJ-Stents kann vor der Einlage „quellen“.

PD Dr. Andreas Wiedemann, Witten

Korrespondenz:

PD Dr. Andreas Wiedemann

Urologische Klinik

Evangelisches Krankenhaus

im Diakoniewerk Ruhr gGmbH

Lehrstuhl für Geriatrie

der Universität Witten/Herdecke

Pferdebachstr. 27

58455 Witten

awiedemann@diakonie-ruhr.de

Literatur

- 1 Laube N, Desai C, Bernsmann F et al. Abstract NRW-GU 2015 Köln, 16.–17. 4. 2015, DOI: 10.3205/15nrwgu005

Interessenkonflikte:

Beratungstätigkeit: Dr. Pfleger, Pfizer; Vortragstätigkeit: Allergan, AMS Deutschland, Astellas, Berlin-Chemie, Janssen, Lilly Deutschland, Dr. Pfleger, Pfizer, Pohl-Boskamp; Studienfinanzierung: AMS Deutschland

Die sterile Innenverpackung des DJ wird mit physiologischer Kochsalzlösung befüllt und mit einer Klemme verschlossen. Der DJ kann in Ruhe „quellen“.